



220020344460



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检 测 报 告

TEST REPORT

NCSA-2025ZX-JH-0142-4

工程名称: 消毒效果验证

Name of engineering

委托单位: 上海杰昊生物技术有限公司

Client

检测类别: 委托

Test Category

国 家 空 调 设 备 质 量 检 验 检 测 中 心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

建 科 环 能 科 技 有 限 公 司

Jianke EET Co.,Ltd.



国家空调设备质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

建科环能科技有限公司

Jianke EET Co., Ltd.



报告编号 (No.): NCSA-2025ZX-JH-0142-4

第1页 共6页 (Page 1 of 6)

委托单位 (Client)		上海杰昊生物技术有限公司	
地址 (ADD.)		上海市奉贤区青村镇品星路 779 号	电话 (Tel.) 021-57562170
工程名称 (Name of engineering)		汽化过氧化氢灭菌头套熏蒸传递窗消毒效果验证	
工程地点 (Place of engineering)		上海市奉贤区青村镇品星路 779 号	
委托日期 (Client date)		2025-04-20	检测日期 (Test date) 2025-04-20~2025-04-27
检测 (Test)	项目 (Item)	消毒效果验证	
	仪器 (Instruments)	DHP-500AB 电热恒温培养箱、HL-NT3-D 型温湿度记录器	
	依据 (Test based on)	《消毒技术规范》(2002)、GB/T 15981-2021《消毒器械灭菌效果评价方法》	
判定依据 (Criteria based on)		《消毒技术规范》(2002)(以下简称消毒规范)、GB/T 15981-2021《消毒器械灭菌效果评价方法》(以下简称消毒器械评价方法)	
结论(Conclusion)			
汽化过氧化氢灭菌头套熏蒸传递窗消毒效果验证结果在初始温度范围 25.0℃~25.5℃,初始相对湿度范围 48.2%~48.6%条件下,使用过氧化氢空间灭菌生物指示剂,按照委托方要求对现场进行消毒效果验证,经 3 次重复验证,所有布点位置生物指示剂菌体均全部杀灭。 (本页以下无正文)			
建科环能科技有限公司 检验检测专用章 签发日期: 2025/04/30			

批准:
Approval

曹西

审核:
Verification

党宇

主检:
Chief tester

张铭健