



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检 验 报 告

TEST REPORT

NCSA-2022H-JH-0035-2

产品名称:

Name of Product

生物安全气密阀（电动）（出厂编号：
JHBS20220902）

委托单位:

Client

上海杰昊生物技术有限公司

生产单位:

Manufacture

上海杰昊生物技术有限公司

检验类别:

Test Category

委托检验

国 家 空 调 设 备 质 量 检 验 检 测 中 心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院

Testing Institute of Building Environment and Energy, Jianke EET Co., Ltd.

建科环能科技有限公司

Jianke EET Co., Ltd.



国家空调设备质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院

Testing Institute of Building Environment and Energy, Jianke EET Co., Ltd.



报告编号 (No.): NCSA-2022H-JH-0035-2

第1页 共4页 (Page 1 of 4)

样品编号	2022H-JH-0035-2		
产品名称	生物安全气密阀 (电动) (出厂编号: JHBS20220902)	型号规格	JH-BS0401-300
		商 标	-----
委托单位	上海杰昊生物技术有限公司	出厂编号	JHBS20220902
		生产日期	----
生产单位	上海杰昊生物技术有限公司	送样数量	1
		送样日期	2022-12-26
检验类别	委托检验	检验日期	2022-12-26
委托单位地址	上海市奉贤区青村镇品星路 779 号		
检验依据	GB50346-2011 《生物安全实验室建筑技术规范》 ISO 10648-2 《隔离器—第二部分 按照密封性分级和相关检测方法》		
判定依据	委托书		
检验地点	北京市通州区葛渠富壁路		
检验用仪器、装置	TSI 9565-P-NB 型多功能精密风速仪/数字压力计、NT3-D 多点温湿度测量仪、JD-30 电子秒表		
检验项目	气密性 (小时泄漏率不大于装置净容积的 0.25%)、承压能力 (不产生永久结构性形变)。		
检 验 结 论	1. 气密性检测结果, 所测装置气密性检测结果见表 1~表 2, 所测装置在初始压力值不小于-2500Pa 和+2500Pa 两种状态下, 分别对所测装置气密性进行测试, 经验证, 两种测试状态均满足委托方的要求 (不大于装置净容积的 0.25%)。 2. 承压能力检测结果, 所测装置在-2500Pa 压力持续作用下 60min, 未产生永久性结构变形, 满足委托方的要求。 (本页以下无正文)  检验鉴定章  检验鉴定章 签发日期: 2023-01-04		

批 准: 曹四
Approval

审 核: 党宇
Verification

主 检: 张惠
Chief tester