



220020344460



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检 测 报 告

TEST REPORT

NCSA-2025ZX-JH-0142-1

工程名称: 生物安全型机械压紧式传递窗检测
Name of engineering

委托单位: 上海杰昊生物技术有限公司
Client

检测类别: 委托
Test Category

国 家 空 调 设 备 质 量 检 验 检 测 中 心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

建 科 环 能 检 测 科 技 有 限 公 司

Jianke EET Co.,Ltd.



国家空调设备质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

建科环能科技有限公司

Jianke EET Co., Ltd.



报告编号 (No.): NCSA-2025ZX-JH-0142-1

第1页 共6页 (Page 1 of 6)

委托单位 (Client)		上海杰昊生物技术有限公司	
地址 (ADD.)		上海市奉贤区青村镇品星路 779 号	电话 (Tel.) 021-57562170
工程名称 (Name of engineering)		生物安全型机械压紧式传递窗检测	
工程地点 (Place of engineering)		上海市奉贤区青村镇品星路 779 号	
委托日期 (Client date)		2025-04-20	检测日期 (Test date) 2025-04-20
检测 (Test)	项目 (Item)	外观及配置、门体互锁功能、腔体气密性、紫外辐射照度。(静态)	
	仪器 (Instruments)	TSI 9565-P-NB 型数字压力计、HL-NT3-D 型温湿度记录器、JD-30 电子秒表、UV-B-254 紫外辐射照度计	
	依据 (Test based on)	JG/T 382-2012《传递窗》、YY 0569-2011《II 级生物安全柜》	
判定依据 (Criteria based on)		JG/T 382-2012《传递窗》(以下简称传递规范)及委托合同单	
结论(Conclusion)			
1. 外观及配置, 对照产品说明书, 采用目测的方法, 观察传递窗窗框、窗板、充气密封条、门铰链、压紧机构、电磁锁等结构, 所测传递窗外观均平整光洁、无明显锈蚀, 主要部件及功能齐全。 2. 门体互锁功能, 所测传递窗符合传递窗规范中打开任意一端的门, 另一端门不能打开的要求。 3. 腔体气密性, 在传递窗双侧门体关闭状态下, 采用压力衰减法对传递窗腔体气密性进行负压工况检测, 经验证, 所测腔体气密性符合传递窗规范中相对负压值达到-500Pa, 经 20min 自然衰减后, 相对负压值不高于-250Pa 的要求。 4. 紫外辐射强度, 所测传递窗紫外辐射强度均符合波长 253.7 nm 时辐射强度不低于 70 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 的要求。 (本页以下无正文)			
 检验检测专用章 签发日期: 2025-04-30			

批准: 曹丙

Approval

审核: 党宇

Verification

主检: 张铭健

Chief tester