



160008280285



(2018) 国认监认字 (083) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检 验 报 告

TEST REPORT

NCSA-2021ZX-JH-0100-1

工程名称: 上海杰昊生物技术有限公司
生物安全气密型传递窗气密性检测
Name of engineering

委托单位: 上海杰昊生物技术有限公司
Client

检验类别: 委托检验
Test Category

建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院

Testing Institute of Building Environment and Energy, Jianke EET Co., Ltd.

国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air-Conditioning Equipment



建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院

Testing Institute of Building Environment and Energy, Jianke EET Co., Ltd.

国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

报告编号 (No.): NCSA-2021ZX-JH-0100-1

第1页 共5页 (Page 1 of 5)



委托单位 (Client)	上海杰昊生物技术有限公司		
地址 (ADD.)	上海市奉贤区联合北路 215 号第 3 幢 1259 室	电话 (Tel.)	13331915258
工程名称 (Name of engineering)	上海杰昊生物技术有限公司生物安全气密型传递窗气密性检测		
工程地点 (Place of engineering)	吉林省长春新区北湖科技开发区天威路与中科大街交汇处		
委托日期 (Client date)	2021-03-15	检验日期 (Test date)	2021-03-16
检验 (Test)	项目 (Item)	生物安全气密型传递窗气密性。(静态)	
	仪器 (Instruments)	TSI 9565-P-NB 型数字压力计	
	依据 (Test based on)	GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规程》 RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》 JG/T 382-2012《传递窗》	
判定依据 (Criteria based on)	GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规程》(以下简称实验室规范) RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》(以下简称评价技术规范) JG/T 382-2012《传递窗》(以下简称传递窗标准)		
检验结论(Conclusion)			
传递窗气密性: 所测传递窗外观均平整光洁、无明显锈蚀, 主要部件及功能齐全; 门互锁功能符合传递窗标准中的相关要求; 传递窗腔体在初始压力-500Pa 条件下, 采用压力衰减法进行气密性测试, 经验证, 所测结果符合传递窗标准中经 20 min 后腔体压力不低于-250 Pa 的要求。 (本页以下无正文)			

检验鉴定章
签发日期: 2021-05-12批准: 曹西
Approval审核:
Verification主检:
Chief tester

高朋