



160008280285



(2018) 国认监认字 (083) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检 验 报 告

TEST REPORT

NCSA-2021ZX-JH-0100-2

工程名称: 上海杰昊生物技术有限公司
Name of engineering: 生物安全渡槽气密性检测

委托单位: 上海杰昊生物技术有限公司
Client:

检验类别: 委托检验
Test Category:

建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院

Testing Institute of Building Environment and Energy Jianke EET Co.,Ltd.

国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment



建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院

Testing Institute of Building Environment and Energy, Jianke EET Co., Ltd.

国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

报告编号 (No.): NCSA-2021ZX-JH-0100-2

第1页 共5页 (Page 1 of 5)



委托单位 (Client)	上海杰昊生物技术有限公司		
地址 (ADD.)	上海市奉贤区联合北路 215 号第 3 幢 1259 室	电话 (Tel.)	13331915258
工程名称 (Name of engineering)	上海杰昊生物技术有限公司生物安全渡槽气密性检测		
工程地点 (Place of engineering)	吉林省长春新区北湖科技开发区天威路与中科大街交汇处		
委托日期 (Client date)	2021-03-15	检验日期 (Test date)	2021-03-16
检验 (Test)	项目 (Item)	生物安全渡槽气密性。(静态)	
	仪器 (Instruments)	TSI 9565-P-NB 型数字压力计	
	依据 (Test based on)	GB 50346-2011 《生物安全实验室建筑技术规程》 RB/T 199-2015 《实验室设备生物安全性能评价技术规范》 JG/T 382-2012 《传递窗》	
判定依据 (Criteria based on)	GB 50346-2011 《生物安全实验室建筑技术规程》(以下简称实验室规范) RB/T 199-2015 《实验室设备生物安全性能评价技术规范》(以下简称评价技术规范) JG/T 382-2012 《传递窗》(以下简称传递窗标准)		
检验结论(Conclusion)			
渡槽气密性: 参考传递窗标准, 在渡槽腔体初始压力-500Pa 条件下, 采用压力衰减法进行气密性测试, 经验证, 所测结果符合传递窗标准中经 20 min 后腔体压力不低于-250 Pa 的要求。 (本页以下无正文)			
		检验鉴定章 签发日期: 2021-05-12	

批准:
Approval

曹西

审核:
Verification主检:
Chief tester

高朋