



检 验 报 告

(本报告未经允许不得部分复制)

委托单位 上海杰昊生物技术有限公司
委托单位地址 : 上海市奉贤区青村镇品星路779号
产品名称 : 硅胶充气密封条
主测型号 : JH-AD-MFT-1

检测机构 : 湖南中检通检测有限公司
湖南省永州市祁阳市长虹街道盘龙西路罗锡华
自建房第三层、第四层、第五层、负一层

报告日期 : 2025年08月15日

检验类别 : 委托检验

h7DKEyM

hFbrnYt

检验报告

样品名称	硅胶充气密封条		
附加型号	/		
商 标	/		
样品数量	1 PCS		
生产单位	上海杰昊生物技术有限公司		
生产方地址	上海市奉贤区青村镇品星路779号		
检测项目	详见后续页		
检测周期	2025年08月05日		
检测依据	自样品2025年8月5日在厂, 调试完成正常检测, 期间没有出现任何故障, 没有进行任何维修, 没有更换任何配件, 在检测过程中能够正常充放气, 验证合格。		
检测环境	温度: 20℃~25℃ 湿度: 45%RH~70%RH 气压: 86kPa~101kPa		
检测结果	硅胶充气密封条充、放气次数≥8500次		
备注	试验项目判定: ——试验符合要求: P ——试验项目不适用于本样品 : N/A ——试验不满足要求: F ——表示不进行判定: “— ”		
主检	张麦	日期:	2025年08月05日
审核	赖之清	日期:	2025年08月15日
批准	贺骏	日期:	2025年08月15日

